



# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC  
Ústredné železničné metrologické stredisko  
Železničná 10, 038 61 Vrútky

## Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. FE- ÚŽMS-001/2021

Komisia metrologickej služby železníc na základe posúdenia plnenia kritérií v zmysle predpisu Op12 „Metrologický poriadok ŽSR“


### osvedčuje, že


kalibračné pracovisko ŽOS Zvolen a. s., Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen je odborne spôsobilé vykonávať kalibrácie vlastných neučených meradiel používaných pri periodických prehliadkach a opravách železničných koľajových vozidiel :


- prevádzkové manometre v rozsahu 0 MPa – 60 MPa tried presnosti 0,16 a viac % ( 1,6%, 2,5 %, 4 % atď. )
- dĺžkové meradlá v rozsahu 0 – 1500 mm
- meradlá napätia, prúdu a odporu tried presnosti 1 a viac (1,5 a 2,5 atď.)
- teplomery v rozsahu 0°C až 200°C s presnosťou  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  a viac (1°C, 2°C atď.)
- rýchlomery železničných koľajových vozidiel


Toto stredisko môže pri činnostiach v rozsahu osvedčenia používať označenie “Kontrolné meracie stredisko”s kalibračnou značkou **KMM 10**

**Osvedčenie nadobúda platnosť 20. mája 2021 a platí do 19. mája 2022**



  
.....  
Ústredné železničné metrologické stredisko  
Jozef Ursíny



  
.....  
Riaditeľ VVÚŽ  
Ing. Ján Urda, PhD.



# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC  
Ústredné železničné metrologické stredisko  
Železničná 10, 038 61 Vrútky

## PROTOKOL

zo zasadnutia komisie metrologickej služby železníc, ktorá posúdila spôsobilosť kalibračného pracoviska v oddelení metrológie a skúšobníctva **ŽOS Zvolen a.s.** a vydala Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. **FE-ÚŽMS-001/2021** oprávňujúce kalibračné stredisko vykonávať kalibráciu neurčených meradiel v rámci periodických prehliadok a opráv železničných koľajových vozidiel s platnosťou na dobu 1 roka.


- prevádzkové manometre v rozsahu 0 MPa až 60 MPa tried presnosti 0,16 a viac % ( 1,6 %, 2,5 %, 4% atď. )
- dĺžkové meradlá v rozsahu 0 – 1500 mm
- meradlá napätia, prúdu a odporu tried presnosti 1 a viac (1,5 a 2,5 atď)
- teplomery v rozsahu 0°C až 200°C s presnosťou  $\pm 0,5$  °C a viac (1°C, 2°C atď)
- rýchlomery železničných koľajových vozidiel

Toto pracovisko môže pri činnostiach v rozsahu tohto osvedčenia používať označenie „Kontrolné meracie miesto“ s kalibračnou značkou **KMM 10**.

### Poučenie:

- Ak sa v KMM ŽOS Zvolen a.s. zmenia podmienky, za akých bolo vydané Osvedčenie, treba s touto skutočnosťou okamžite oboznámiť ÚŽMS Vrútky, ktoré posúdi oprávnenosť ďalšej činnosti kalibračného pracoviska.
- V prípade neplnenia podmienok, pre ktoré bolo Osvedčenie vydané a kritérií pre kalibračné pracovisko, môže ÚŽMS povolenie na kalibráciu okamžite odobrať.
- Po riadnom uplynutí doby platnosti Osvedčenia, treba požiadať ÚŽMS o jej predĺženie.
- Tento protokol je súčasťou Osvedčenia č. FE-ÚŽMS-001/2021 a tvorí spolu s ním jeden nedeliteľný celok.

Vo Zvolene dňa : 19.05.2021



Ústredné železničné metrologické stredisko  
Jozef Ursíny

Príloha 1x Osvedčenie č. FE-ÚŽMS – 001/2021